



检测编号: WJ20135289
Test No.

广州工业微生物检测中心
GUANGZHOU TESTING CENTER OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY
检测报告
REPORT FOR ANALYSIS

收样日期: 2013年11月20日
Date Received

检测日期: 2013年11月21日
Date Analyzed

样品名称 Name of Sample	T.O.F 系列实验室安霸抗菌杀毒基板	样品来源 Source of Sample	送样
委托单位 Applicant	北京安霸泰克生物科技有限公司	委托人 Client	王一寒
生产单位 Production company	缙欧安普(北京)实验室设备工程技术有限公司	样品等级 Sample grade	—
型号规格 Type and Specification	—	商标 Brand	T.O.F
生产日期和批号 Date and Batch Number of Production	—	样品数量 Quantity of Sample	1份
样品状态 State of Sample	片状	样品包装 Packing of Sample	袋装
检验依据和方法 Standard and Methods	GB/T 21866—2008 抗菌涂料(漆膜)抗菌性能测定法和抗菌效果		
检测项目 Items of Analysis	抗菌测试(大肠杆菌 ATCC 25922、金黄色葡萄球菌 ATCC 6538)		
备注 Remarks	—		

检测结果:
Test Results

样品编号	作用时间	试验菌种	24h 后阴性对照样 菌落数 (cfu/片)	24h 后空白样 菌落数 (cfu/片)	24h 后试验样 菌落数 (cfu/片)	抗菌率 (%)
WJ20135289-1	24h	大肠杆菌	4.05×10^5	8.72×10^5	<10	>99.99
		金黄色葡萄球菌	5.65×10^5	2.14×10^5	<10	>99.99

以下空白
Blank Below

编制:
Editor

李玲梅

审核:
Checker

张雷

签发:
Issuer

杨延东

签发日期(公章):
Date Reported

